

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-ENERO-04

Datos de participación	
Número total de envíos	144
Número total de respuestas recibidas	136
Porcentaje de participación	94,4
Respuestas remitidas por web (%)	118 (86,8%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Staphylococcus aureus</i>
Característica especial	Resistencia a la meticilina

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Staphylococcus aureus</i>	135	99,3
Estreptococo grupo G	1	0,7
Característica especial:		
Informan resistencia a la meticilina	134	98,5
No la detectan por identificación incorrecta	1	0,7
No especifican la resistencia a la meticilina	1	0,7

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	128	94,1
No informan	7	5,1
Sí lo utilizan	1	0,7

Información adicional del Programa de Control de Calidad

--