

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-NOVIEMBRE-04
Datos de participación

Número total de envíos	150
Número total de respuestas recibidas	124
Porcentaje de participación	82,7%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	114 (91,9%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Bacteroides fragilis</i>
Característica especial	Ninguna digna de mención

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Bacteroides fragilis</i>	100	80,6
Género <i>Bacteroides</i>	5	4,0
<i>Bacteroides distasonis</i>	2	1,6
<i>Bacteroides uniformis</i>	2	1,6
No se obtiene crecimiento	1	0,8
Miscelánea (1 sólo caso de cada ^a)	14	11,3

^aRelación de identificaciones aportadas por un sólo participante: BGN anaerobio, *Bacteroides capillosus*, *Bacteroides merdae*, *Bacteroides ovatus*, *Bacteroides stercoralis*, *Bacteroides thetaiotaomicron*, *Burkholderia cepacia*, Género *Clostridium*, *Enterococcus faecalis*, *Prevotella buccae*, *Prevotella loescheii*, *Prevotella oralis*, Género *Prevotella*, *Pseudomonas aeruginosa*.

En dos ocasiones, además de informar la bacteria objeto del control, se obtuvo crecimiento de una segunda bacteria identificadas como *Pseudomonas aeruginosa* y *Staphylococcus aureus*.

Característica especial: No se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	113	91,1
No informan	8	6,5
Sí lo utilizan	2	1,6
Lo utilizan parcialmente	1	0,8

Información adicional del Programa de Control de Calidad

Fueron consideradas válidas las siguientes identificaciones: *Bacteroides fragilis* y Género *Bacteroides*.