

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-JULIO-04

Datos de participación

Número total de envíos	150
Número total de respuestas recibidas	124
Porcentaje de participación	82,7
Respuestas remitidas por web (%)	114 (91,9%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Gardnerella vaginalis</i>
Característica especial	Ninguna digna de mención

Respuestas de los participantes

	Número	%
Identificación:		
<i>Gardnerella vaginalis</i>	94	75,8
Género <i>Capnocytophaga</i>	5	4,0
Especies de <i>Peptostreptococcus</i>	3	2,4
<i>Streptococcus</i> grupo viridans	2	1,6
No observan crecimiento	2	1,6
Miscelánea (1 solo caso de cada ^a)	18	14,5

^aRelación de identificaciones aportadas por un solo participante (orden alfabético):
Acinetobacter lwoffii, *Actinomyces turicensis*, *Aerococcus viridans*, Bacilo Gram negativo exigente, *Bacteroides* grupo fragilis, *Brucella melitensis*, *Burkholderia cepacia*, *Cardiobacterium*, *Citrobacter freundii*, *Escherichia coli*, *Hafnia alvei*, *Leptotrichia buccalis*, *Listeria monocytogenes*, *Moraxella*, *Prevotella*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Stenotrophomonas maltophilia*, *Streptococcus acidominimus*.

Característica especial: No se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo

	Número	%
No lo utilizan	113	91,1
No informan	8	6,5
Sí lo utilizan	2	1,6
Lo utilizan parcialmente	1	0,8

Información adicional del Programa de Control de Calidad

--