

## ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-MARZO-05

### Datos de participación

Número total de envíos	169
Número total de respuestas recibidas	148
Porcentaje de participación	87,6%
Respuestas remitidas por web (%)	143 (96,6%)

### Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Serratia marcescens</i>
Característica especial	Ninguna digna de mención

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Serratia marcescens</i>	145	98,0
Género <i>Serratia</i>	1	0,7
<i>Serratia rubidaea</i>	1	0,7
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1	0,7
Algunos participantes comentaron que la cepa remitida presentaba un pigmento rojo característico.		
Característica especial: No se ha considerado analizar este aspecto.		

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	141	95,3
No informan	5	3,4
Sí lo utilizan	1	0,7
Lo utilizan parcialmente	1	0,7

### Información adicional del Programa de Control de Calidad

Fue considerada como válida la identificación de *Serratia marcescens*. La simple identificación de género *Serratia* no se consideró suficiente.

Desde el Control de Calidad SEIMC se recuerda a los participantes la importancia de introducir correctamente en los formularios de respuesta, electrónica o en papel, **los resultados correspondientes al control del mes en cuestión**. No se modificarán aquellos informes con errores atribuibles a confusiones de este tipo. Desde este Programa, se considera que la calidad final también está condicionada por la fase post-analítica.