

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-JULIO-07

Datos de participación

Número total de envíos	181
Número total de respuestas recibidas	160
Porcentaje de participación	88,4%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	157 (98,1%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Serratia marcescens</i>
Característica especial	Ninguna digna de mención

Respuestas de los participantes

	Número	%
Identificación:		
<i>Serratia marcescens</i>	159	99,4
<i>Serratia liquefaciens</i>	1	0,6

Todos los centros identificaron correctamente el género. La especie fue informada correctamente en el 99,4% de las ocasiones. El porcentaje de acierto ha sido uno de los más elevados de los últimos controles de bacteriología mensual, posiblemente relacionado con la menor dificultad diagnóstica y a que no se han detectado errores en las fases pre y post-analítica.

Característica especial: No se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo

	Número	%
No lo utilizan	158	98,7
Sí lo utilizan	1	0,6
No informan	1	0,6

Información adicional del Programa de Control de Calidad

Sólo fue considerada válida por parte del Programa de Control de Calidad SEIMC la identificación de género y especie (*S. marcescens*).