

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-ABRIL-10

Datos de participación	
Número total de envíos	189
Número total de respuestas recibidas	174
Porcentaje de participación	92,1%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	171 (98,3%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Haemophilus influenzae</i>
Característica especial (ver información adicional)	Productor de β -lactamasa

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Haemophilus influenzae</i>	161	91,9
<i>Haemophilus parainfluenzae</i>	3	1,7
<i>Bacillus licheniformis</i>	3	1,7
Género <i>Bacillus</i>	3	1,7
<i>Acinetobacter lwoffii</i>	1	0,6
<i>Actinobacillus ureae</i>	1	0,6
Género <i>Haemophilus</i>	1	0,6
<i>Escherichia coli</i> enterohemorrágico	1	0,6
No crecimiento bacteriano	1	0,6
Característica especial de la cepa:		
Cepa productora de β -lactamasa	113	64,9
Resistente a la ampicilina	7	4,0
Resistente a la amoxicilina/clavulanato	2	1,2
Sensible a β -lactámicos	2	1,2
No la informan	50	28,7

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	167	96,0
Sí	4	2,3
No informan	3	1,7

Información adicional del Programa de Control de Calidad
El Programa de Control de Calidad SEIMC sólo aceptó como respuesta válida la identificación correcta de género y especie (<i>Haemophilus influenzae</i>). Constatar la producción de β -lactamasa se consideró como respuesta óptima.