

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-FEBRERO-11

Datos de participación	
Número total de envíos	189
Número total de respuestas recibidas	171
Porcentaje de participación	90,47%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	165 (96,5%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Moraxella catarrhalis</i>
Característica especial (ver información adicional)	Cepa productora de β -lactamasa

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Moraxella catarrhalis</i> (<i>Branhamella catarrhalis</i>)	167	97,6
Género <i>Micrococcus</i>	1	0,6
Género <i>Moraxella</i>	1	0,6
<i>Neisseria mucosa</i>	1	0,6
<i>Pseudomonas fluorescens</i>	1	0,6
Característica especial de la cepa:		
Cepa productora de β -lactamasa	87	50,8
Cepa resistente a la ampicilina/amoxicilina	2	1,2
Cepa sensible a la ampicilina/amoxicilina	2	1,2
Cepa no productora de β -lactamasa	1	0,6
No informan	79	46,2

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	167	97,6
Sí	1	0,6
No informan	3	1,8

Información adicional del Programa de Control de Calidad
El Programa de Control de Calidad sólo aceptó como válida la identificación correcta de género y especie (<i>Moraxella catarrhalis</i>), así como la denominación antigua <i>Branhamella catarrhalis</i> .
La cepa remitida presentaba el patrón de resistencia típico (producción de β -lactamasa)