

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-JUNIO-11

Datos de participación

Número total de envíos	191
Número total de respuestas recibidas	175
Porcentaje de participación	91,6%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	175 (100,0%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
Característica especial	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	174	99,4
<i>Streptococcus agalactiae</i>	1	0,6

Característica especial de la cepa: no se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	167	95,4
Sí	2	1,2
No informan	6	3,4

Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Programa de Control de Calidad sólo aceptó como válida la identificación correcta de género y especie (*Pseudomonas aeruginosa*).