

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-ENERO-12

Datos de participación	
Número total de envíos	188
Número total de respuestas recibidas	167
Porcentaje de participación	88,8%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	165 (98,8%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Staphylococcus epidermidis</i>
Característica especial	Resistente a la meticilina

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	156	93,4
<i>Staphylococcus hominis</i>	5	3,0
<i>Staphylococcus capitis</i>	2	1,2
Estafilococo coagulasa negativo	1	0,6
<i>Rhodococcus equi</i>	1	0,6
<i>Staphylococcus lugdunensis</i>	1	0,6
<i>Staphylococcus xylosus</i>	1	0,6
Característica especial de la cepa:		
Cepa resistente a la meticilina	48	28,7
Cepa resistente a la meticilina y a las quinolonas	23	13,8
Cepa con CMI a la vancomicina de 2-3 µg/ml	8	4,8
Cepa resistente a la meticilina, quinolonas, ácido fusídico	5	3,0
Cepa resistente a las quinolonas	4	2,4
Cepa resistente a meticilina, quinolonas, CMI vanco. de 2	3	1,8
Cepa resistente a meticilina y productora de β-lactamasa	2	1,2
Cepa productora de β-lactamasa	2	1,2
No informan	72	43,1

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	166	99,4
Sí	1	0,6
No informan	0	-

Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Programa de Control de Calidad sólo aceptó como válida la identificación correcta de género y especie (*Staphylococcus epidermidis*).