

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-AGOSTO-12

Datos de participación	
Número total de envíos	186
Número total de respuestas recibidas	162
Porcentaje de participación	87,1%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	161 (99,4%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i>
Característica especial (ver información adicional)	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i>	77	47,6
<i>Streptococcus dysgalactiae</i>	44	27,2
<i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>dysgalactiae</i>	7	4,4
<i>Streptococcus anginosus</i> grupo	6	3,7
<i>Streptococcus</i> β-hemolítico grupo G	6	3,7
<i>Streptococcus pluranimalium</i>	6	3,7
<i>Streptococcus sanguinis</i>	4	2,5
<i>Streptococcus canis</i>	2	1,2
<i>Streptococcus milleri</i> grupo	2	1,2
Otras*	8	5,0

*Otras identificaciones informadas por un solo participante: *Aerococcus urinae*, *Gemella morbillorum*, *Haemophilus (Aggregatibacter) aphrophilus*, *Lactococcus lactis*, *Streptococcus ovis*, *Streptococcus suis*, *Streptococcus thoralensis*, *Streptococcus uberis*.

Característica especial de la cepa: no se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	159	98,1
Sí	3	1,9
No informan	0	-

Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Programa de Control de Calidad SEIMC aceptó como respuestas válidas la identificación correcta de género, especie y subespecie (*Streptococcus dysgalactiae* subsp. *equisimilis*), así como la identificación mínima de la especie *S. dysgalactiae*.