

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-FEBRERO-13

Datos de participación

Número total de envíos	184
Número total de respuestas recibidas	157
Porcentaje de participación	85,3%
Respuestas remitidas por web (%)	156 (99,4%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Brevibacillus brevis</i>
Característica especial	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
Género <i>Brevibacillus</i>	39	24,8
Género <i>Bacillus</i>	29	18,5
<i>Brevibacillus brevis</i>	27	17,2
<i>Neisseria elongata</i>	14	8,9
<i>Moraxella lacunata</i>	10	6,4
<i>Aeromonas salmonicida</i>	5	3,2
<i>Kingella denitrificans</i>	4	2,5
Bacilo grampositivo aerobio	3	1,9
<i>Brevibacillus parabrevis</i>	2	1,3
<i>Eikenella corrodens</i>	2	1,3
Género <i>Corynebacterium</i>	2	1,3
Género <i>Moraxella</i>	2	1,3
<i>Sphingomonas paucimobilis</i>	2	1,3
Otros*	14	8,9
Cepa no viable	1	0,6
"Muestra no examinada"	1	0,6

Otros*. Otras identificaciones informadas por un solo participante: *Acinetobacter lwoffii*, *Bacillus cereus*, *Bacillus sphaericus*, *Bacillus subtilis*, *Brevibacillus centrosporus*, género *Capnocytophaga*, género *Rhodococcus*, *Haemophilus aegyptius*, *Haemophilus parainfluenzae*, *Kingella kingae*, *Moraxella catarrhalis*, *Pasteurella multocida*, *Photobacterium damsela*, *Shewanella algae*.

Característica especial de la cepa: no se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	136	86,6
Sí	21	13,4
No informan	0	-

Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Programa de Control de Calidad aceptó como válida la identificación correcta de género y especie (*Brevibacillus brevis*), así como la de género *Brevibacillus*, *Bacillus* y cualquier especie perteneciente al género *Brevibacillus*.