

## ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-MARZO-13

Datos de participación	
Número total de envíos	184
Número total de respuestas recibidas	164
Porcentaje de participación	89,2%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	164 (100,0%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Corynebacterium jeikeium</i>
Característica especial	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
<b>Identificación:</b>		
<i>Corynebacterium jeikeium</i>	129	78,7
<i>Corynebacterium propinquum</i>	10	6,1
Género <i>Corynebacterium</i>	7	4,3
<i>Corynebacterium urealyticum</i>	4	2,5
<i>Corynebacterium afermentans</i>	3	1,8
<i>Peptoniphilus (Peptostreptococcus) asaccharolyticus</i>	2	1,2
<i>Corynebacterium amycolatum</i>	1	0,6
<i>Corynebacterium</i> CDC D2	1	0,6
<i>Corynebacterium striatum</i>	1	0,6
<i>Fusobacterium necrophorum / nuclearum</i>	1	0,6
Género <i>Brevibacterium</i>	1	0,6
Género <i>Listeria</i>	1	0,6
Género <i>Micrococcus</i>	1	0,6
<i>Streptococcus mitis</i>	1	0,6
<i>Turicella otitidis</i>	1	0,6

**Característica especial de la cepa:** no se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	161	98,2
Sí	3	1,8
No informan	0	-

### Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Programa de Control de Calidad sólo aceptó como válida la identificación correcta de género y especie (*Corynebacterium jeikeium*).