

**ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-MAYO-13**

<b>Datos de participación</b>	
Número total de envíos	184
Número total de respuestas recibidas	168
Porcentaje de participación	91,3%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	167 (99,4%)

<b>Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia</b>	
Identificación	<i>Streptococcus pyogenes</i>
Característica especial	Ninguna en particular

<b>Respuestas de los participantes</b>	<b>Número</b>	<b>%</b>
<b>Identificación:</b>		
<i>Streptococcus pyogenes</i>	166	98,8
<i>Streptococcus agalactiae</i>	2	1,2

**Característica especial de la cepa:** no se ha considerado analizar este aspecto.

<b>Utilización de un laboratorio externo</b>	<b>Número</b>	<b>%</b>
No lo utilizan	166	98,8
Sí	2	1,2
No informan	0	-

**Información adicional del Programa de Control de Calidad**

El Programa de Control de Calidad sólo aceptó como válida la identificación correcta de género y especie (*Streptococcus pyogenes*).