

## ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-JULIO-13

### Datos de participación

Número total de envíos	185
Número total de respuestas recibidas	167
Porcentaje de participación	90,3%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	167 (100,0%)

### Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Staphylococcus aureus</i>
Característica especial	Ninguna en particular

### Respuestas de los participantes

	Número	%
<b>Identificación:</b>		
<i>Staphylococcus aureus</i>	166	99,4
No se obtiene crecimiento	1	0,6

**Característica especial de la cepa:** no se ha considerado analizar este aspecto.

### Utilización de un laboratorio externo

	Número	%
No lo utilizan	165	98,8
Sí	2	1,2
No informan	0	-

### Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Programa de Control de Calidad sólo aceptó como válida la identificación correcta de género y especie (*Staphylococcus aureus*).