

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-DICIEMBRE-14
Datos de participación

Número total de envíos	181
Número total de respuestas recibidas	165
Porcentaje de participación	91,2%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	163 (98,8%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i>
Característica especial (ver información adicional)	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i>	78	47,3
<i>Streptococcus dysgalactiae</i>	52	31,5
<i>Streptococcus</i> β -hemolítico grupo G	20	12,2
<i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>dysgalactiae</i>	4	2,4
<i>Streptococcus anginosus</i> grupo	3	1,8
<i>Streptococcus pluranimalium</i>	2	1,2
<i>Aerococcus urinae</i>	1	0,6
<i>Streptococcus agalactiae</i>	1	0,6
<i>Streptococcus</i> β -hemolítico grupo C	1	0,6
<i>Streptococcus constellatus</i>	1	0,6
<i>Streptococcus pyogenes</i>	1	0,6
<i>Streptococcus sanguinis</i>	1	0,6

Característica especial de la cepa: no se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	162	98,2
Sí	3	1,8
No informan	0	-

Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Programa de Control de Calidad SEIMC aceptó como respuestas válidas la identificación mínima de género y especie (*Streptococcus dysgalactiae*)