

## ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-OCTUBRE-15

Datos de participación	
Número total de envíos	180
Número total de respuestas recibidas	169
Porcentaje de participación	93,9%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	169 (100,0%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
Característica especial	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
<b>Identificación:</b>		
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	165	97,6
<i>Streptococcus pseudopneumoniae</i>	2	1,2
<i>Streptococcus mitis</i>	1	0,6
No crecimiento bacteriano	1	0,6
<b>Característica especial de la cepa:</b> no se ha considerado analizar este aspecto.		

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	167	98,8
Sí	2	1,2
No informan		

Información adicional del Programa de Control de Calidad
El Programa de Control de Calidad sólo aceptó como válida la identificación correcta de género y especie.

Madrid, 14 de diciembre de 2015

**El Coordinador del Programa de Control de Calidad SEIMC**

**Nota:** La asignación del valor de referencia ha sido subcontratada a laboratorios externos.

**Nota:** Si los datos anteriores son incorrectos, o considerasen oportuno apelar los resultados rogamos se dirijan a la Secretaría del Programa

**Programa de Control de Calidad SEIMC • Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica**

c/ Alcalá 35, 3º. 28014 Madrid • Tel: 91.5310990 • Fax: 91.5227505 • Correo electrónico: [ccs@seimc.org](mailto:ccs@seimc.org)