

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-Febrero-15

Datos de participación	
Número total de envíos	180
Número total de respuestas recibidas	151
Porcentaje de participación	83,9%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	148 (98,0%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Escherichia coli</i>
Característica especial	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación: <i>Escherichia coli</i>	150	99,4
No crecimiento bacteriano	1	0,6

Característica especial de la cepa: No se ha considerado analizar este aspecto

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	151	100,0
Sí	0	-
No informan	0	-

Información adicional del Programa de Control de Calidad
El Programa de Control de Calidad sólo aceptó como válida la identificación correcta de género y especie (<i>Escherichia coli</i>).

Madrid, 20 de marzo de 2015

El Coordinador del Programa de Control de Calidad SEIMC

Nota: La asignación del valor de referencia ha sido subcontratada a laboratorios externos.

Nota: Si los datos anteriores son incorrectos, o considerasen oportuno apelar los resultados rogamos se dirijan a la Secretaría del Programa