

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-MARZO-15

Datos de participación	
Número total de envíos	180
Número total de respuestas recibidas	167
Porcentaje de participación	92,8%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	166 (99,4%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Streptococcus bovis</i> / <i>S. lutetiensis</i> / <i>S. infantarius</i> subsp. <i>coli</i>
Característica especial	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Streptococcus bovis</i>	63	37,7
<i>Streptococcus infantarius</i>	43	25,7
<i>Streptococcus lutetiensis</i>	33	19,8
<i>Streptococcus</i> grupo <i>bovis</i>	9	5,4
<i>Streptococcus alactolyticus</i>	6	3,6
<i>Streptococcus equinus</i>	4	2,4
<i>Streptococcus gallolyticus</i>	3	1,8
<i>Streptococcus equi</i>	2	1,2
<i>Enterococcus casseliflavus</i>	1	0,6
Estreptococo grupo D	1	0,6
<i>Gemella morbillorum</i>	1	0,6
<i>Streptococcus cristatus</i>	1	0,6

Característica especial de la cepa:	Ninguna en particular
--	-----------------------

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	164	98,2
Sí	3	1,8

Información adicional del Programa de Control de Calidad
La especie remitida recibe diversas denominaciones, con una clasificación taxonómica confusa. Es por ello que el Programa de Control de Calidad SEIMC aceptó como válidas cualquiera de estas identificaciones: <i>S. lutetiensis</i> , <i>S. bovis</i> , <i>S. grupo bovis</i> , <i>S. equinus</i> , <i>S. gallolyticus</i> , <i>S. infantarius</i> y <i>S. alactolyticus</i> .

Madrid, 23 de abril de 2015

El Coordinador del Programa de Control de Calidad SEIMC

Nota: La asignación del valor de referencia ha sido subcontratada a laboratorios externos.

Nota: Si los datos anteriores son incorrectos, o considerasen oportuno apelar los resultados rogamos se dirijan a la Secretaría del Programa

Programa de Control de Calidad SEIMC • Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

c/ Alcalá 35, 3º. 28014 Madrid • Tel: 91.5310990 • Fax: 91.5227505 • Correo electrónico: ccs@seimc.org