

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-ABRIL-15

Datos de participación	
Número total de envíos	180
Número total de respuestas recibidas	164
Porcentaje de participación	91,1%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	163 (99,4%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Bacteroides ovatus</i>
Característica especial	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Bacteroides ovatus</i>	100	61,0
<i>Bacteroides</i> grupo <i>fragilis</i>	5	3,0
<i>Bacteroides ovatus</i> / <i>thetaiotaomicron</i>	5	3,0
<i>Bacteroides fragilis</i>	4	2,5
Género <i>Bacteroides</i>	4	2,5
Género <i>Prevotella</i>	4	2,5
<i>Prevotella loescheii</i>	4	2,5
<i>Bacteroides caccae</i>	3	1,8
<i>Prevotella bivia</i>	3	1,8
<i>Prevotella melaninogenica</i>	3	1,8
<i>Prevotella oralis</i>	3	1,8
<i>Bacteroides uniformis</i>	2	1,2
<i>Clostridium clostridioforme</i>	2	1,2
<i>Prevotella disiens</i>	2	1,2
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	2	1,2
^a Otras identificaciones bacterianas	14	8,5
No crecimiento bacteriano.	4	2,5

^aIncluye una sola identificación de: *Bacteroides thetaiotaomicron*, *Bacteroides uniformis/ovatus*, estreptococo anaerobio del grupo C, género *Clostridium*, *Fusobacterium mortiferum*, *Micrococcus luteus*, *Parabacteroides distasonis*, *Porphyromonas asaccharolytica*, *Prevotella buccae*, *Prevotella oralis*, *Staphylococcus warneri*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus bovis*, *Tissierella praeacuta*.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	154	93,9
Sí	10	6,1

Información adicional del Programa de Control de Calidad
El programa de Control de Calidad SEIMC consideró como respuesta aceptable la identificación mínima de género <i>Bacteroides</i> , y como óptima la de <i>Bacteroides ovatus</i> .

Madrid, 12 de mayo de 2015

El Coordinador del Programa de Control de Calidad SEIMC

Nota: La asignación del valor de referencia ha sido subcontratada a laboratorios externos.

Nota: Si los datos anteriores son incorrectos, o consideran oportuno apelar los resultados rogamos se dirijan a la Secretaría del Programa

Programa de Control de Calidad SEIMC • Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

c/ Alcalá 35, 3º. 28014 Madrid • Tel: 91.5310990 • Fax: 91.5227505 • Correo electrónico: ccs@seimc.org