

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-MAYO-15

Datos de participación	
Número total de envíos	180
Número total de respuestas recibidas	158
Porcentaje de participación	87,8%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	157 (99,4%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Alcaligenes faecalis</i>
Característica especial	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Alcaligenes faecalis</i>	105	66,5
<i>Alcaligenes faecalis</i> subsp. <i>faecalis</i>	28	17,8
Género <i>Alcaligenes</i>	19	12,1
<i>Burkholderia cepacea</i>	1	0,6
Género <i>Pseudomonas</i>	1	0,6
<i>Morganella morganii</i> subsp. <i>morganii</i>	1	0,6
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1	0,6
<i>Pseudomonas pseudoalcaligenes</i>	1	0,6
<i>Ralstonia pickettii</i>	1	0,6

Característica especial de la cepa: no se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	156	98,8
Sí	2	1,2

Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Programa de Control Calidad SEIMC sólo aceptó como válida la identificación correcta de género y especie (*Alcaligenes faecalis*) así como la de la subespecie *Alcaligenes faecalis* subsp. *faecalis*. La identificación de género se consideró una respuesta aceptable, aunque subóptima.

Madrid, 16 de junio de 2015

El Coordinador del Programa de Control de Calidad SEIMC

Nota: La asignación del valor de referencia ha sido subcontratada a laboratorios externos.

Nota: Si los datos anteriores son incorrectos, o consideran oportuno apelar los resultados rogamos se dirijan a la Secretaría del Programa.