

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-JUNIO-15

Datos de participación	
Número total de envíos	180
Número total de respuestas recibidas	161
Porcentaje de participación	89,5%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	159 (98,8%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Listeria ivanovii</i>
Característica especial	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Listeria ivanovii</i>	69	42,9
<i>Listeria monocytogenes</i>	61	37,9
<i>Listeria ivanovii</i> subsp. <i>ivanovii</i>	11	6,8
Género <i>Listeria</i>	9	5,6
<i>Listeria monocytogenes</i> / <i>innocua</i>	3	1,9
<i>Listeria innocua</i>	2	1,3
<i>Eikenella corrodens</i>	1	0,6
<i>Enterococcus raffinosus</i>	1	0,6
<i>Listeria seeligeri</i>	1	0,6
<i>Streptococcus anginosus</i>	1	0,6
<i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i>	1	0,6
<i>Streptococcus salivarius</i>	1	0,6

Característica especial de la cepa: no se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	154	95,7
Sí	7	4,3

Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Programa de Control Calidad SEIMC aceptó como válidas la identificación correcta de género y especie (*Listeria ivanovii*) así como la de la subespecie *Listeria ivanovii* subsp. *ivanovii*. La identificación de género *Listeria* o de cualquier otra especie perteneciente al mismo fue considerada también aceptable.

Madrid, 28 de julio de 2015

El Coordinador del Programa de Control de Calidad SEIMC

Nota: La asignación del valor de referencia ha sido subcontratada a laboratorios externos.

Nota: Si los datos anteriores son incorrectos, o considerasen oportuno apelar los resultados rogamos se dirijan a la Secretaría del Programa